

### DANE TECHNICZNE - STATIC PLUS / WALKER PLUS

Poz.		MODEL					
		VS/WS.140	VS/WS.160	VS/WS.170	VS/WS.180	VS/WS.190	*VS.....
1	Wzrost użytkownika. [ cm ]	120 - 145	145 - 160	160 - 170	170 - 185	175 - 190	> 190
2	Waga użytkownika. [ kg ]	20 - 35	40 - 65	55 - 65	65 - 85	80 - 95	Max. 110
3	Siła sprężyn gazowych. [ N ]	400	500/600	600/700	700/800/900	900/1000/1100	1000/1100/1300
4	Szerokość miednicy. [ cm ]	22 - 32	28 - 38	28 - 38	34 - 44	36 - 46	36 - 52
5	Głębokość miednicy. [ cm ]	16 - 22	17 - 22	19 - 24	22 - 30	26 - 34	29 - 40
6	Zakres regulacji wysokości siedziska. [ cm ]	9	9	9	9	9	9
7	Kąt zgięcia nóg w kolanach.	90°	90°	90°	90°	90°	90°
8	Waga urządzenia. [ kg ]	20 - 24	24 - 28	25 - 29	32 - 36	35 - 39	39 - 45
<b>WYPOSAŻENIE STANDARDOWE</b>							
9	Pas lędźwiowy	-----	PB - 160	PB - 160	PB - 180	PB - 190	PB - 200
10	Zdejmowana podstawa z platformami.	RF - 140	RF - 160	RF - 160	RF - 180	RF - 180	RF - 180
11	Separator stóp.	FS - 140	FS - 160	FS - 160	FS - 180	FS - 180	FS - 180
<b>WYPOSAŻENIE DODATKOWE</b>							
12	Poduszka ALREH	-----	AC - 360	AC - 360	AC - 400	AC - 400	AC - 400
13	System RehaGym	RG - 140	RG - 160	RG - 180	RG - 180	RG - 200	RG - 200
14	Rękawice ALREH	AG - 140	AG - 160	AG - 160	AG - 160/180	AG - 180	AG - 200
<b>WYPOSAŻENIE ROBIONE NA MIARĘ</b>							
15	Głębokie oparcie miednicy	PS.140 .	PS.160	PS.160	PS.180	PS.190	PS.190
16	Skróty kończyn.	Stosownie do potrzeb					

17	Orteza stawu skokowego	Stosownie do potrzeb					
18	Orteza stawu kolanowego	Stosownie do potrzeb					
19	Podparcie górnej części pleców.	TS.140	TS.160	TS.160	TS.180	TS.190	TS.190
20	Indywidualne przednie podparcie każdego barku.	CS.140	CS.160	CS.160	CS.180	CS.190	CS.190
21	Podparcie głowy.	HS - 140	HS - 160	HS - 160	HS - 160	HS - 180	HS - 180
PAKOWANIE							
22	**Pudło kartonowe	100 x 60 x 30 cm 30 - 34 kg	120 x 60 x 30 cm 35 - 39 kg	120 x 60 x 30 cm 38 - 44 kg	120 x 60 x 40 cm 45 - 49 kg	120 x 60 x 40 cm 48 -52 kg	120 x 60 x 40 cm 52 - 60 kg

\* Pionizator wykonywany na podstawie indywidualnego projektu.

\*\* Dotyczy urządzenia w wykonaniu standardowym, bez pozycji 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21